

Prosedyreprotokoll: Mikronålbehandling med Purasomes

Behandlingsmål:

Rekonstruere trett hud ved hjelp av avansert celleprogrammering, økt kollagenproduksjon og optimal hudfornyelse. Behandlingen reduserer aldringstegn, post-akne og dehydrering, og styrker hudens barriere.

Trinn 1: Rens og forberedelse

- **Produkt:** Mild, pH-balansert rensengel
- **Formål:** Fjerner urenheter, sminke og overflødig talg. Forbereder huden for optimal opptak av aktive ingredienser.

Trinn 2: Avfetting og antiseptisk behandling

- **Produkt:** Klorheksidin eller alkoholfritt antiseptisk middel
- **Formål:** Desinfiserer huden og reduserer risikoen for infeksjon før invasiv behandling.

Trinn 3: Mikronålbehandling med Purasomes

Produkt: Purasomes serum

- **Utstyr:** Dermapen med steril patron
- **Nål-dybde:** 0,25–1,0 mm (tilpasses område og hudtoleranse)

Metode:

1. Påfør 2 ml Purasomes dråpevis på huden.
2. Start behandlingen med nåldybde 0,25 mm. Øk gradvis til 1,0 mm hvis godt tolerert.
3. Beveg dermapennen langs massasjelinjer med lette, jevne bevegelser – uten press.
Fortsett til serumet er fullstendig absorbert.

Fordeler:

- Økt hudtykkelse innen 4 uker
- Synlig glød og jevnere hudtone
- Bedre fuktighet og elastisitet
- Reduksjon av fine linjer og arr
- Støtter proteinsyntese og cellefornyelse
- Antioksidantbeskyttelse og ionebalance

Trinn 4: Avsluttende pleie

- **Produkter:**
 - Exoboost GF 20 (beroligende serum med eksosomer og PDRN)

Etterbehandlingsråd:

- Ikke berør ansiktet de første 24 timene
- Unngå sminke i 24 timer
Unngå sol, badstue og trening i 48 timer
- Bruk fuktighetsgivende og reparerende produkter fra Dermoaroma Exoboost-serien
Påfør SPF daglig i minimum 14 dager

Behandlingsforløp:

- 4 behandlinger med 2-3 ukers intervall
Vedlikehold hver 2. måned
- **Anbefales også som post-prosedyrebehandling** etter laser, peel eller annen hudstress for akselerert hudreparasjon.

	Nål (2 X 27G) / Nålinformasjon		Oppbevares utenfor sollys		Sluttproduktinformasjon		CE-merket og identifikasjon nummer av produktet
	Sterilisert med EO-gass (nål)		Oppbevares i følgende tempera		Ikke gjenbrukbar		Produsert av
	Ikke re-steriliser nålen		Forsiktig		Bruk innen		Ikke bruk produktet hvis pakken er skadet
	Ikke bruk nålen igjen		Holdes tørr		Sterilisert ved bruk av damp (REVOLAX™ DEEP med Lidokair		Autorisert representant i EU
	CE-merket og identifikasjonsnummer av produktet (nål)				Produktnummer		Se bruksanvisningen
					Viktig, se instruksjonene før bruk		

BEST CONNECTION